

(件 名)

採血用穿刺器具の使用について

(内 容)

保健センター等で実施した事業等において採血用穿刺器具を複数人に対して使用していた事実がありましたので公表します。

1 状 況 厚生労働省健康科学総合研究事業「保健サービスを利用した生活習慣介入による2型糖尿病の予防に関する研究」協力(H10年度からH15年度)及び関連で実施した健康教室並びに一般健康相談(H15年度からH17年度)の中で採血用穿刺器具を複数の人に使用していた。

2 使用状況

	使用時期	人数	実人数	場所	製品名
厚生労働省 健康科学総 合研究事業	H14. 7.31	4人	5人	豊岡市 保健セ ンター	製造販売 日本ベクトンディ ッキンソン(株)
	H15.10.15	4人	男 1人 女 4人		
	H16. 3.14	4人			
健康教室	H15.10.15	15人	30人		製品名 エースレット
	H16. 3.14	21人	男 5人 女 25人		
健康相談	H15年度～ H17年度 H10年度頃から 行っていたが、 詳細は不明。	3人	3人 男 2人 女 1人	日高健 康福祉 センタ ー	製造販売 バイエル メディカル(株) 製品名 マイクロレット

3 使用の方法と経緯

使用方法 針は1人ずつ交換し、本体は1回ごとにアルコール消毒して使用していた。

使用の経緯

保健センター分 健康科学総合研究事業及び健康教室で、上記の使用方で採血を行った。このセットは、測定器1台とエースレット(本体)1本、替針25本で構成される。

採血針の箱には、ディスポーザブル採血針(再使用禁止)の記載があるが、本体には再使用禁止の記載は無い。

日高健康福祉センター分 平成10年度ごろからの糖尿病予防教室実施時に効果判定目的で使用。このセットは、測定器1台とマイクロレット(本体)1本、替針25本で構成される。取扱操作説明書に、「マイクロレットランセット(針部分)は、1回限りの使用で捨て再使用はしないでください。」と記載されているが本体やキャップは、洗浄して次の使用に備えるよう記載されている。

4 今後の対応

相談窓口を健康増進課に設ける。(土・日も含め)

住所 豊岡市城南町23-6

電話番号 24-1127

相談時間 午前8時30分から午後5時30分

該当者には、肝炎の検査とエイズウイルスの検査を無料で実施し、個別に受診の案内をする。

連絡先 健康福祉部健康増進課 24-1127